



У К Р А Ї Н А

Управління охорони здоров'я  
Миколаївської міської ради

вул. В. Морська, 56 м. Миколаїв, 54030, тел. /факс 37-03-01, 37-32-28  
E-mail uozposhta@mkrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012415

Від 27.01.2021 № 2978/14.01-14/21-2

Голові постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів Федіру Панченко

Шановний Федоре Борисовичу!

Управління охорони відповідно до витягу з протоколу постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів надає наступну інформацію:

- для стаціонарів міста планується закупити функціональні ліжка разом із матрацами в кількості 410 одиниць на загальну суму 4800,000 тис. грн., яким би відповідали таким технічним характеристикам та вимогам:

Назва/опис вимоги	Наявність функції або величина параметра за технічними параметрами
1. Загальні вимоги	
Сертифікат відповідності	Повинен бути в наявності
Висновок та/або протокол визначення біоцидних властивостей зразку фарби	Повинен бути в наявності
Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію	18 місяців
Термін служби виробу	Не менше 5 років
Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції	Повинен бути наданий оригінал відповідного документу
Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015	Повинен бути в наявності

Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або ведений в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку	Повинен бути в наявності
Висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи.	Повинен бути в наявності

## 2. Технічні характеристики

Довжина	2050 мм
Ширина	900 мм
Висота	880 мм
Висота ложа (від полу без матрацу)	450 мм
Розміри лежачка	900*2000
Бильця	Ліжко повинно мати 2 бильця виготовлених з ABS пластику, бильця швидкозмінні. Фіксуються стопорними механізмами
Конструкція ліжка	Розбірна
Кількість секцій	2 штуки. 1- стаціонарна, 1 - підйомна
Розміри секцій	Секція підголовника – 620*900, секція стаціонарна – 900*1280
Кут підйому	Секція підголовника – від 0 до 75
Форма ложа	Прямокутна
Механізм підйому секції	Механічний за допомогою ручки, кількість ручок – 1 шт, підйом секцій за 13 оборотів
Матеріал каркасу рами	Прямокутна труба 40*20 мм
Матеріал каркасу поворотних секцій	Кругла труба діаметром 25 мм
Матеріал лежачу	Металевий дріт 4 мм з вічком 50*100 мм
Наявність колес	4 шт, діаметром 75 мм (4 шт з гальмом)
Колір	Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями
Маса виробу	35 кг
Допустиме навантаження	До 200 кг
Комплектація матрацом	Матрац повинен бути виготовлений з сертифікованої медичної клейонки, мати замок-зіппер для зручного виймання та стерилізації наповнювача. Наповнювач матрацу повинен бути виготовлений з поролону товщиною 80 мм і щільністю 27кг/м3. Розміри матрацу співпадають з розміром лежачу

- для КНП ММР «Пологовий будинок №3» планується закупити медичне обладнання на загальну суму 6885,000 тис. грн. для створення Перинатального центру на базі даного пологового будинку, технічні характеристики та вимоги до даного обладнання надані в додатку 1 до листа;
- для КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка» планується закупити медичне обладнання на загальну суму 500,000 тис. грн., технічні характеристики та вимоги до даного обладнання надані в додатку 1 до листа.

Необхідність та доцільність придбання наркозно-дихального апарату LEON вартістю 2400,000 тис. грн. обумовлена тим, що саме такої вартості апарат укомплектований всіма необхідними функціями для проведення безпечної і керованої анестезії. Має автоматичне визначення анестезіологічних газів, при цьому витрачає мінімальні дози інгаляційних анестетиків при проведенні анестезіологічного забезпечення з мінімальним або низьким потоком свіжого газу. Також точна система електронного змішування і контролю газів дозволяє ще більше знизити витрату анестетиків. Має важливе значення наявна мережа регіональних сервісних центрів по Україні по цих апаратах, які здійснюють технічну підтримку, сервісне і ремонтне обслуговування, регулярні перевірки обладнання сертифікованими фахівцями.

Шановний Федоре Борисовичу!

Також, слід зауважити, що на наступне засідання комісії готові прийти та пояснити доцільність придбання медичного обладнання для відкриття Перинатального центру керівник КНП ММР «Пологовий будинок №3» Іщенко О.М., завідуючий відділенням анестезіології КНП ММР «Пологовий будинок №3» Базовкін В.В.

З повагою

заст. начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради



Ірина ШАМРАЙ

Сертифікат відповідності	Повинен бути в наявності
Висхідна температура виконання виконання властивостей фарби	Повинен бути в наявності
Гарантія термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію	18 місяців
Термін служби шару	Не менше 5 років
Гарантія від постачальника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції	Повинен бути наявний офіційно авторизований дилерський пункт
Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015	Повинен бути в наявності